

内部精度管理の実施状況

平成21年7月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.45	0.06	1.1
	L-コンセーラ II EX	7.95	0.08	0.9
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.49	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX	5.16	0.07	1.3
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.47	0.05	11.4
	TZプール血清	1.99	0.23	11.4
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	0.98	0.14	13.8
	TZプール血清	6.45	0.60	9.2
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.31	0.02	7.8
	L-コンセーラ II EX	2.81	0.05	1.9
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.10	0.01	12.7
	L-コンセーラ II EX	1.00	0.02	1.8
GOT	L-コンセーラ I EX	51.9	1.1	2.1
	L-コンセーラ II EX	116.0	1.7	1.5
GPT	L-コンセーラ I EX	35.1	0.7	2.0
	L-コンセーラ II EX	99.8	1.3	1.3
LDH	L-コンセーラ I EX	192.2	2.8	1.5
	L-コンセーラ II EX	434.3	4.1	0.9
ALP	L-コンセーラ I EX	211.6	2.2	1.1
	L-コンセーラ II EX	438.1	4.2	1.0
LAP	L-コンセーラ I EX	48.2	0.8	1.7
	L-コンセーラ II EX	78.3	1.2	1.6
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	38.4	0.9	2.2
	L-コンセーラ II EX	250.9	2.0	0.8
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	290.3	2.4	0.8
	L-コンセーラ II EX	428.0	3.3	0.8
CPK	L-コンセーラ I EX	87.2	1.2	1.4
	L-コンセーラ II EX	577.2	6.5	1.1
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	116.4	1.2	1.0
	L-コンセーラ II EX	282.8	3.0	1.1
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.45	0.24	1.5
	L-コンセーラ II EX	48.55	0.66	1.3
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	0.99	0.023	2.3
	L-コンセーラ II EX	5.56	0.072	1.3
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.63	0.05	1.5
	L-コンセーラ II EX	9.62	0.10	1.1
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	117.0	1.0	0.8
	L-コンセーラ II EX	175.1	1.4	0.8
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	79.2	0.7	0.9
	L-コンセーラ II EX	116.8	1.0	0.9
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	35.6	0.6	1.7
	L-コンセーラ II EX	54.5	0.8	1.5
β-リポ蛋白(BLP)	L-コンセーラ I EX	291.7	8.9	3.0
	L-コンセーラ II EX	449.6	13.5	3.0

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	134.4	2.9	2.1
	L-コンセーラ II EX	198.6	3.6	1.8
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	139.3	0.9	0.7
	L-コンセーラ II EX	153.5	0.9	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	100.9	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	117.2	0.9	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.24	0.05	1.2
	L-コンセーラ II EX	6.05	0.06	0.9
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.98	0.25	2.7
	L-コンセーラ II EX	13.96	0.27	1.9
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX	4.01	0.05	1.2
	L-コンセーラ II EX	8.45	0.08	0.9
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	124.3	1.0	0.8
	L-コンセーラ II EX	201.2	1.3	0.7
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	95.3	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	293.7	1.4	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.361	0.009	2.5
	L-コンセーラ II EX	1.995	0.026	1.3
HbA1c	グリココントロール I	5.42	0.04	0.8
	グリココントロール II	10.37	0.07	0.7
白血球数(WBC)	e-CHECK-L※1	3067	72	2.3
	e-CHECK-N※1	7555	124	1.6
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L※1	230.8	1.5	0.6
	e-CHECK-N※1	437.0	1.9	0.4
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L※1	5.84	0.07	1.2
	e-CHECK-N※1	12.39	0.09	0.8
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L※1	17.80	0.17	1.0
	e-CHECK-N※1	36.27	0.24	0.7
血小板数(PLT)	e-CHECK-L※1	5.29	0.22	4.2
	e-CHECK-N※1	20.48	0.43	2.1

※1:e-CHECK-L、Nはロット変更しております。