

内部精度管理の実施状況

平成21年10月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX※1	5.42	0.06	1.1
	L-コンセーラ II EX※1	7.94	0.08	1.0
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX※1	3.48	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX※1	5.10	0.06	1.2
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX ※1	0.53	0.05	8.5
	TZプール血清※2	1.66	0.18	10.9
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX※1	0.75	0.07	9.9
	TZプール血清※2	6.10	0.35	5.7
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX※1	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX※1	2.59	0.04	1.6
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX※1	0.20	0.02	8.6
	L-コンセーラ II EX※1	1.07	0.06	5.1
GOT	L-コンセーラ I EX※1	50.2	1.0	2.0
	L-コンセーラ II EX※1	113.9	1.3	1.1
GPT	L-コンセーラ I EX※1	32.0	0.6	1.8
	L-コンセーラ II EX※1	99.5	1.2	1.2
LDH	L-コンセーラ I EX※1	174.6	3.1	1.8
	L-コンセーラ II EX※1	406.9	4.5	1.1
ALP	L-コンセーラ I EX※1	196.2	2.3	1.2
	L-コンセーラ II EX※1	404.7	5.0	1.2
LAP	L-コンセーラ I EX※1	48.9	0.7	1.5
	L-コンセーラ II EX※1	80.4	1.3	1.6
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX※1	43.4	0.8	1.9
	L-コンセーラ II EX※1	274.5	1.6	0.6
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX※1	216.1	2.2	1.0
	L-コンセーラ II EX※1	325.7	3.2	1.0
CPK	L-コンセーラ I EX※1	93.5	1.6	1.7
	L-コンセーラ II EX※1	546.3	8.7	1.6
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX※1	107.6	1.2	1.1
	L-コンセーラ II EX※1	268.9	2.8	1.1
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX※1	15.35	0.22	1.5
	L-コンセーラ II EX※1	48.40	0.60	1.2
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX※1	1.02	0.015	1.5
	L-コンセーラ II EX※1	5.56	0.067	1.2
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX※1	3.66	0.06	1.5
	L-コンセーラ II EX※1	9.67	0.12	1.2
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX※1	105.1	1.4	1.3
	L-コンセーラ II EX※1	158.4	1.7	1.1
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX※1	65.9	0.7	1.1
	L-コンセーラ II EX※1	97.8	1.0	1.0
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX※1	31.1	0.7	2.2
	L-コンセーラ II EX※1	47.6	0.9	1.9
β-リポ蛋白(BLP)	L-コンセーラ I EX※1	263.6	7.0	2.7
	L-コンセーラ II EX※1	411.4	11.1	2.7

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX※1	120.5	2.5	2.0
	L-コンセーラ II EX※1	178.7	2.9	1.6
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX※1	141.6	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX※1	149.6	1.1	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX※1	99.7	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX※1	116.7	1.0	0.8
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX※1	4.17	0.05	1.1
	L-コンセーラ II EX※1	5.99	0.05	0.9
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX※1	9.00	0.25	2.7
	L-コンセーラ II EX※1	13.84	0.29	2.1
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX※1	3.92	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX※1	8.33	0.08	1.0
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX※1	132.0	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX※1	211.4	1.4	0.7
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX※1	99.3	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX※1	297.4	1.6	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX※1	0.354	0.009	2.5
	L-コンセーラ II EX※1	1.978	0.034	1.7
HbA1c	グリココントロール I	5.43	0.05	0.9
	グリココントロール II	10.43	0.10	0.9
白血球数(WBC)	e-CHECK-L※3	3149	64	2.0
	e-CHECK-N※3	7549	117	1.5
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L※3	230.8	1.4	0.6
	e-CHECK-N※3	437.2	1.8	0.4
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L※3	5.81	0.06	1.0
	e-CHECK-N※3	12.29	0.10	0.8
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L※3	17.83	0.12	0.6
	e-CHECK-N※3	35.82	0.22	0.6
血小板数(PLT)	e-CHECK-L※3	5.32	0.24	4.5
	e-CHECK-N※3	21.51	0.33	1.5

※1:L-コンセーラ I EX、II EXのロット変更。

※2:TZプール血清のロット変更。

※3:e-CHECK-L、Nのロット変更。