

内部精度管理の実施状況

平成21年12月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.45	0.06	1.0
	L-コンセーラ II EX	7.98	0.07	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.48	0.04	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.09	0.05	0.9
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.52	0.04	7.4
	TZプール血清※1	1.96	0.15	7.8
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	0.73	0.08	10.5
	TZプール血清※1	6.79	0.34	5.0
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	2.60	0.03	1.1
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.01	5.0
	L-コンセーラ II EX	1.10	0.02	2.1
GOT	L-コンセーラ I EX	49.9	1.0	2.0
	L-コンセーラ II EX	112.7	1.5	1.3
GPT	L-コンセーラ I EX	32.3	0.6	2.0
	L-コンセーラ II EX	99.9	1.4	1.4
LDH	L-コンセーラ I EX	174.9	3.2	1.8
	L-コンセーラ II EX	407.2	5.2	1.3
ALP	L-コンセーラ I EX	199.9	2.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	411.3	5.0	1.2
LAP	L-コンセーラ I EX	79.5	1.3	1.6
	L-コンセーラ II EX	48.2	0.8	1.7
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	43.5	0.9	2.1
	L-コンセーラ II EX	274.1	2.3	0.9
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	214.1	2.8	1.3
	L-コンセーラ II EX	322.7	4.2	1.3
CPK	L-コンセーラ I EX	93.4	1.8	2.0
	L-コンセーラ II EX	546.3	9.5	1.7
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	107.0	1.1	1.1
	L-コンセーラ II EX	267.2	2.8	1.1
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.33	0.19	1.3
	L-コンセーラ II EX	48.38	0.53	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.02	0.012	1.2
	L-コンセーラ II EX	5.57	0.054	1.0
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.63	0.05	1.5
	L-コンセーラ II EX	9.61	0.11	1.2
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	105.2	1.1	1.0
	L-コンセーラ II EX	158.4	1.6	1.0
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	65.2	1.0	1.5
	L-コンセーラ II EX	96.9	1.2	1.2
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	30.9	0.6	1.8
	L-コンセーラ II EX	47.4	0.7	1.5
β-リポ蛋白(BLP)	L-コンセーラ I EX	265.4	6.6	2.5
	L-コンセーラ II EX	412.4	9.8	2.4

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	120.4	2.5	2.0
	L-コンセーラ II EX	178.3	2.7	1.5
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	141.4	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	149.3	1.1	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.4	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	116.3	1.0	0.9
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.17	0.05	1.2
	L-コンセーラ II EX	6.01	0.07	1.2
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	9.37	0.24	2.6
	L-コンセーラ II EX	14.40	0.29	2.0
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX	3.95	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX	8.39	0.06	0.7
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	132.6	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX	212.1	1.5	0.7
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	99.1	0.9	0.9
	L-コンセーラ II EX	296.6	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.357	0.008	2.2
	L-コンセーラ II EX	1.982	0.025	1.3
HbA1c	グリココントロール I	5.42	0.05	1.0
	グリココントロール II	10.69	0.09	0.8
白血球数(WBC)	e-CHECK-L※2	3117	47	1.5
	e-CHECK-N※2	7252	136	1.9
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L※2	226.3	1.3	0.6
	e-CHECK-N※2	439.4	2.3	0.5
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L※2	5.65	0.06	1.0
	e-CHECK-N※2	12.32	0.11	0.9
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L※2	17.12	0.18	1.1
	e-CHECK-N※2	35.88	0.28	0.8
血小板数(PLT)	e-CHECK-L※2	5.13	0.23	4.4
	e-CHECK-N※2	20.31	0.40	2.0

※1: TZプールロット変更

※2: e-CHECKロット変更