

内部精度管理の実施状況

平成22年3月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.48	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	8.02	0.07	0.9
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.50	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX	5.12	0.06	1.2
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.53	0.05	8.7
	TZプール血清※1	2.14	0.18	8.6
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	0.67	0.07	9.7
	TZプール血清※1	5.51	0.32	5.8
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	2.56	0.06	2.2
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.06	0.06	5.2
GOT	L-コンセーラ I EX	49.9	1.0	1.9
	L-コンセーラ II EX	112.9	1.3	1.2
GPT	L-コンセーラ I EX	32.3	0.5	1.6
	L-コンセーラ II EX	100.0	1.2	1.2
LDH	L-コンセーラ I EX	173.8	3.0	1.7
	L-コンセーラ II EX	405.3	4.6	1.1
ALP	L-コンセーラ I EX	201.2	2.2	1.1
	L-コンセーラ II EX	416.4	4.6	1.1
LAP	L-コンセーラ I EX	48.5	0.6	1.2
	L-コンセーラ II EX	79.3	1.2	1.5
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	42.9	0.9	2.1
	L-コンセーラ II EX	272.3	2.3	0.8
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	214.0	2.7	1.3
	L-コンセーラ II EX	320.0	4.0	1.2
CPK	L-コンセーラ I EX	92.9	1.5	1.6
	L-コンセーラ II EX	541.7	6.6	1.2
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	107.6	1.0	0.9
	L-コンセーラ II EX	268.7	2.5	0.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.26	0.22	1.4
	L-コンセーラ II EX	48.05	0.53	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.02	0.014	1.4
	L-コンセーラ II EX	5.55	0.054	1.0
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.63	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	9.62	0.11	1.1
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	105.1	1.3	1.2
	L-コンセーラ II EX	158.2	1.8	1.1
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	65.1	0.8	1.2
	L-コンセーラ II EX	96.8	1.0	1.1
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	31.3	0.6	1.9
	L-コンセーラ II EX	47.9	0.7	1.4
β-リポ蛋白(BLP)	L-コンセーラ I EX	266.5	7.6	2.8
	L-コンセーラ II EX	413.9	10.8	2.6

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	121.2	2.2	1.8
	L-コンセーラ II EX	179.0	2.7	1.5
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	142.3	1.2	0.8
	L-コンセーラ II EX	150.5	1.3	0.9
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.6	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	116.7	0.9	0.8
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.16	0.05	1.2
	L-コンセーラ II EX	6.00	0.07	1.1
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	9.30	0.27	2.9
	L-コンセーラ II EX	14.34	0.31	2.2
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX	3.91	0.04	1.0
	L-コンセーラ II EX	8.33	0.07	0.8
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	132.8	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX	212.2	1.4	0.6
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	98.9	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX	297.2	1.4	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.362	0.008	2.2
	L-コンセーラ II EX	2.036	0.033	1.6
HbA1c	グリココントロール I	5.39	0.04	0.7
	グリココントロール II	10.61	0.07	0.7
白血球数(WBC)	e-CHECK-L	3165	90	2.9
	e-CHECK-N	6693	138	2.1
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L	228.1	2.0	0.9
	e-CHECK-N	438.5	2.0	0.4
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L	5.84	0.07	1.2
	e-CHECK-N	12.40	0.11	0.9
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L	17.61	0.18	1.0
	e-CHECK-N	36.15	0.20	0.6
血小板数(PLT)	e-CHECK-L	5.69	0.23	4.0
	e-CHECK-N	20.97	0.35	1.7

※1: TZプール血清はロット変更しています。