

内部精度管理の実施状況

平成22年5月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.40	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	7.90	0.07	0.9
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.50	0.04	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.12	0.06	1.2
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.55	0.05	9.3
	TZプール血清※1	2.24	0.22	9.7
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	0.71	0.07	9.2
	TZプール血清※1	6.30	0.30	4.7
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.30	0.02	7.8
	L-コンセーラ II EX	2.56	0.05	2.1
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.02	12.3
	L-コンセーラ II EX	1.05	0.05	4.8
GOT	L-コンセーラ I EX	50.5	0.8	1.7
	L-コンセーラ II EX	114.2	1.2	1.0
GPT	L-コンセーラ I EX	32.6	0.6	1.7
	L-コンセーラ II EX	101.1	1.0	1.0
LDH	L-コンセーラ I EX	173.1	3.1	1.8
	L-コンセーラ II EX	404.9	4.8	1.2
ALP	L-コンセーラ I EX	201.2	2.3	1.1
	L-コンセーラ II EX	415.7	4.3	1.0
LAP	L-コンセーラ I EX	48.6	0.6	1.1
	L-コンセーラ II EX	80.0	0.8	1.0
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	43.1	0.8	1.9
	L-コンセーラ II EX	274.8	2.2	0.9
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	210.6	3.0	1.4
	L-コンセーラ II EX	316.9	4.1	1.3
CPK	L-コンセーラ I EX	91.5	1.1	1.2
	L-コンセーラ II EX	534.2	5.4	1.0
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	106.9	0.9	0.8
	L-コンセーラ II EX	266.8	2.4	0.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.30	0.21	1.4
	L-コンセーラ II EX	48.29	0.57	1.2
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.03	0.019	1.8
	L-コンセーラ II EX	5.57	0.052	0.9
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.65	0.06	1.5
	L-コンセーラ II EX	9.63	0.07	0.8
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	104.2	1.0	1.0
	L-コンセーラ II EX	156.7	1.7	1.1
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	65.5	0.7	1.0
	L-コンセーラ II EX	97.2	0.9	0.9
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	31.2	0.5	1.6
	L-コンセーラ II EX	47.7	0.7	1.4

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	120.5	1.8	1.5
	L-コンセーラ II EX	178.1	2.0	1.1
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	141.4	1.1	0.8
	L-コンセーラ II EX	149.3	1.2	0.8
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.8	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	116.7	1.0	0.9
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.16	0.05	1.2
	L-コンセーラ II EX	5.98	0.07	1.1
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	9.34	0.23	2.5
	L-コンセーラ II EX	14.42	0.28	2.0
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX	3.93	0.04	1.1
	L-コンセーラ II EX	8.36	0.06	0.8
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	132.8	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX	214.2	1.4	0.7
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	98.9	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX	297.2	1.7	0.6
CRP	L-コンセーラ I EX	0.359	0.010	2.8
	L-コンセーラ II EX	2.024	0.034	1.7
HbA1c	グリココントロール I	5.49	0.08	1.4
	グリココントロール II	10.54	0.09	0.9
白血球数(WBC)	e-CHECK-L	2987	72	2.4
	e-CHECK-N	6857	98	1.4
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L	221.8	1.4	0.6
	e-CHECK-N	434.0	1.7	0.4
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L	5.63	0.07	1.2
	e-CHECK-N	12.61	0.09	0.7
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L	16.99	0.16	1.0
	e-CHECK-N	36.48	0.16	0.4
血小板数(PLT)	e-CHECK-L	5.45	0.13	2.3
	e-CHECK-N	21.23	0.50	2.3

※1: TZプール血清はロット変更しています。