

内部精度管理の実施状況

平成23年11月度

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.39	0.04	0.8
	L-コンセーラ II EX	7.91	0.06	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.55	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	5.24	0.05	1.0
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.47	0.05	9.7
	TZプール血清	1.86	0.14	7.3
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	1.87	0.13	6.7
	TZプール血清	6.13	0.24	3.9
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	2.79	0.04	1.5
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.17	0.05	26.2
	L-コンセーラ II EX	1.07	0.05	4.2
GOT	L-コンセーラ I EX	47.9	0.9	1.9
	L-コンセーラ II EX	109.5	1.3	1.1
GPT	L-コンセーラ I EX	34.8	0.6	1.6
	L-コンセーラ II EX	107.5	1.1	1.0
LDH	L-コンセーラ I EX	173.0	2.5	1.4
	L-コンセーラ II EX	400.3	3.6	0.9
ALP	L-コンセーラ I EX	215.3	2.1	1.0
	L-コンセーラ II EX	451.2	4.4	1.0
LAP	L-コンセーラ I EX	44.7	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	71.8	1.0	1.4
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	42.2	0.9	2.2
	L-コンセーラ II EX	276.3	2.2	0.8
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	239.4	2.4	1.0
	L-コンセーラ II EX	364.7	3.7	1.0
CPK	L-コンセーラ I EX	95.5	1.4	1.4
	L-コンセーラ II EX	563.5	6.9	1.2
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	119.8	1.3	1.1
	L-コンセーラ II EX	305.4	3.0	1.0
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.97	0.19	1.2
	L-コンセーラ II EX	49.05	0.53	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.06	0.012	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.58	0.054	1.0
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.71	0.03	0.9
	L-コンセーラ II EX	9.78	0.07	0.7
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	104.5	1.0	0.9
	L-コンセーラ II EX	160.9	1.4	0.9
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	55.7	0.6	1.1
	L-コンセーラ II EX	91.8	0.9	0.9
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	28.9	0.6	2.2
	L-コンセーラ II EX	44.4	0.9	2.0
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	38.7	0.9	2.2
	L-コンセーラ II EX	62.3	1.6	2.6

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	124.2	1.5	1.2
	L-コンセーラ II EX	190.3	1.6	0.8
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.5	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	150.5	1.1	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.1	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	115.3	1.0	0.9
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.38	0.06	1.4
	L-コンセーラ II EX	6.24	0.08	1.3
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.77	0.08	4.6
	L-コンセーラ II EX	3.79	0.11	3.0
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	9.32	0.20	2.2
	L-コンセーラ II EX	14.41	0.25	1.7
無機磷(IP)	L-コンセーラ I EX	4.17	0.06	1.4
	L-コンセーラ II EX	8.60	0.09	1.0
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	131.3	0.9	0.7
	L-コンセーラ II EX	208.6	1.2	0.6
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	96.9	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	308.4	2.1	0.7
CRP	L-コンセーラ I EX	0.368	0.010	2.7
	L-コンセーラ II EX	2.164	0.028	1.3
HbA1c	ライフチェックDM1	4.88	0.08	1.6
	ライフチェックDM2	8.24	0.12	1.4
白血球数(WBC)	e-CHECK-L	3044	58	1.9
	e-CHECK-N	6957	107	1.5
赤血球数(RBC)	e-CHECK-L	221.4	1.2	0.5
	e-CHECK-N	433.2	2.2	0.5
ヘモグロビン(HGB)	e-CHECK-L	5.51	0.03	0.6
	e-CHECK-N	12.54	0.06	0.5
ヘマトクリット(HCT)	e-CHECK-L	16.61	0.12	0.7
	e-CHECK-N	36.37	0.21	0.6
血小板数(PLT)	e-CHECK-L	5.69	0.21	3.7
	e-CHECK-N	20.62	0.42	2.1